PHILIPS

Réanimation cardiaque

Défibrillateur automatisé externe HeartStart



Produits dédiés à l'optimisation du défibrillateur

Défibrillateurs Philips HeartStart HS1 pour le grand public
Accessoires et consommables

Mallettes de transport

Il existe trois mallettes de transport pour le défibrillateur automatisé externe (DAE) HeartStart HS1 : la mallette standard, la mallette extra-plate et la mallette rigide et étanche. Les mallettes standard et extra-plates sont fabriquées en matériaux semi-rigides et recouvertes d'une toile rouge Cordura® résistante. À l'intérieur de ces mallettes, l'aide-mémoire de l'appareil est rangé dans une pochette transparente.







Mallette de transport standard

Référence M5075A

La mallette de transport standard contient le DAE, une cartouche d'électrodes supplémentaire et une batterie de rechange. Elle est également livrée avec une paire de ciseaux équipés d'embouts protecteurs.

Mallette de transport extra-plate

Référence M5076A

La mallette de transport extra-plate contient le DAE et une paire de ciseaux équipés d'embouts protecteurs.

Mallette de transport rigide

Référence YC

Cette mallette de transport étanche, formée d'une coque en plastique rigide, est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des conditions plus rigoureuses, notamment en extérieur et en environnement humide. Elle permet également de stocker une batterie de rechange, une cartouche d'électrodes supplémentaire et les différents éléments du Kit d'intervention rapide.

Dispositifs de montage mural


Les supports pour montage mural vous permettent de placer les défibrillateurs dans des endroits stratégiques pour un accès facile et une utilisation rapide.



Support pour montage mural

Référence 989803170891


Le support pour montage mural a été spécialement conçu pour recevoir le défibrillateur Philips HeartStart et ses accessoires. Une attache en plastique (M3859A) permet de sécuriser la fixation de la mallette de transport sur le montage mural. Ce scellé de sécurité permet de décourager certaines tentatives de vol. Tout scellé brisé signale une manipulation de l'appareil ou de ses accessoires, qui ont alors peut-être besoin d'être renouvelés. Le Kit d'intervention rapide (68-pchat) peut être glissé derrière la mallette du défibrillateur.



Lot de posters de sensibilisation à la défibrillation automatisée externe

Référence 861476


Placez ces posters dans les salles de repos, les secrétariats ou les vestiaires, loin des DAE, dans des lieux où les membres du personnel ou du public peuvent prendre le temps de se sensibiliser aux DAE. Ces posters comportent un espace permettant au responsable des DAE d'indiquer l'emplacement du DAE le plus proche. Lot de quatre posters. Disponible en anglais, espagnol, français, japonais et italien.



Etiquette de maintenance pour DAE

Référence 984161111521

Cette étiquette vous permet de suivre la maintenance de vos DAE conformément à la réglementation. Les exploitants de DAE installés dans les lieux publics et les propriétaires d'ERP sont tenus d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette conforme au modèle de l'arrêté. L'étiquette demeure visible et lisible de l'extérieur du boîtier de manière constante. Les informations y figurant sont mises à jour. (Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public.



Scellé de sécurité

Référence M3859A

Scellé de sécurité en plastique destiné à fixer la mallette du défibrillateur sur le support pour montage mural ou le boîtier de fixation. Le scellé prévient toute tentative de vol, signale toute manipulation non autorisée et se détache facilement en cas d'urgence. Recommandé pour tous les clients ayant acheté des supports pour montage mural.

L'exploitant doit installer son DAE dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement.

Dispositifs de montage mural

Les supports pour montage mural vous permettent de placer les défibrillateurs dans des endroits stratégiques pour un accès facile et une utilisation rapide.



Affiche de sensibilisation à la défibrillation

Pour sensibiliser le grand public à la défibrillation automatisée externe, placez cette affiche au dessus de chaque DAE. Ses schémas simples permettront aux passants de comprendre l'utilisation d'un DAE en cas d'urgence. Ces signalétiques conviennent tout particulièrement aux lieux de travail, aux clubs de sport, magasins, ainsi qu'aux établissements scolaires et recevant du public conformément à l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public. Cet arrêté définit les modalités de signalisation des DAE installés dans les lieux publics et dans les ERP. Pour les ERP mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, il détermine notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

Référence 984161111481
Un kit de 6 signalétiques autocollantes intérieure conforme à la réglementation

Référence 984161111501
Un kit de 5 pancartes de signalisation en PVC avec adhésif double face

Référence 984161111511
Un kit de 5 pancartes de signalisation en PVC avec 4 trous aux coins



Registre de maintenance pour DAE

Référence 989604313741

Le registre de maintenance vous permet de disposer d'un inventaire des dispositifs exploités et de définir et mettre en œuvre une organisation destinée à vous assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe de ces appareils (Article R5212-28 du Code de la santé publique, pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26)

Boîtiers

Afin de permettre une intervention d'urgence ou de prévenir toute tentative de vol du défibrillateur, Philips propose trois boîtiers de fixation différents. Le boîtier standard dispose d'une simple alarme sonore. Deux autres types de boîtiers sont également disponibles : un modèle qui se fixe à la surface du mur et un modèle semi-encastré qui se fixe dans une encoche du mur, pour une installation plus discrète*. Ces deux boîtiers de fixation sont équipés d'une alarme sonore et d'une alarme lumineuse clignotante. Ils sont en acier lourd robuste et sont assez grands pour contenir d'autres accessoires médicaux. Vous pouvez également connecter les alarmes de ces boîtiers à votre système de sécurité interne afin d'assurer une centralisation et une meilleure coordination des interventions en cas d'urgence.

L'exploitant doit installer son DAE dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement.



Boîtier standard de fixation à la surface du mur

Référence 989803136531

Dimensions :

L x H x P = 42 cm x 29,8 cm x 15 cm



Boîtier Premium de fixation murale

Référence PFE7024D

Dimensions :

L x H x P = 41 cm x 56 cm x 15 cm



Boîtier Premium semi-encastré

Référence PFE7023D

Dimensions :

Partie encastrée

L x H x P = 36 cm x 56 cm x 9 cm

Empreinte sur le mur

L x H x P = 41 cm x 62 cm x 6 cm

* Les recommandations de l'ADA (Americans with Disabilities Act) stipulent qu'aucun objet ne doit dépasser de plus de 10 cm dans les zones de circulation piétonne et les couloirs à moins que sa partie inférieure ne soit située à moins de 70 cm du sol.

Boîtiers



Les armoires Aivia s'adaptent aux différents environnements d'implantation et réunissent des fonctions avancées permettant de mettre à disposition le DAE dans des conditions d'usage optimales.

Il est possible d'y ajouter un support Bornavie si l'armoire ne peut être fixée sur un mur.

Armoires Aivia pour une installation en intérieur.

Armoires non connectées :
Référence 984161111471
armoire intérieure Aivia S

Référence 984161107701
Armoire intérieure avec alarme Aivia 100

Référence 984161107731
Armoire intérieure avec alarme et portier téléphonique GSM / 4G AIVIA 220 GSM

Armoires connectées :
Référence 984161107711
Armoire intérieure connectée en Sigfox et 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia 100 W

Référence 984161107741
Armoire intérieure connectée Ethernet et 3 ans d'abonnement AiviaNet AIVIA 300 Ethernet

Référence 984161107751
Armoire intérieure connectée GSM / 4G et 3 ans d'abonnement AiviaNet AIVIA 300 GSM

Référence 984161107771
Armoire intérieure connectée GSM / 4G avec portier téléphonique et 3 ans d'abonnement AiviaNet AIVIA 320 GSM

Module portatif adaptable à toutes les armoires.

Armoires non connectées :
Référence 984161107861
Module connecté et 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia M

Armoires Aivia pour une installation en extérieur.

Armoires non connectées :
Référence 984161107781
Armoire extérieure chauffée et ventilée, avec alarme Aivia 200

Référence 984161107811
Armoire extérieure chauffée et ventilée, avec alarme et portier téléphonique GSM / 4G Aivia 220 GSM

Armoires connectées :
Référence 984161107791
Armoire extérieure chauffée et ventilée, avec alarme, connectée en Sigfox, inclus 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia 200W

Référence 984161107821
Armoire extérieure chauffée et ventilée, avec alarme, connectée en Ethernet, inclus 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia 300 Ethernet

Référence 984161107831
Armoire extérieure, chauffée et ventilée, avec alarme, connectée en GSM / 4G inclus 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia **300 GSM**

Référence 984161107851
Armoire extérieure, chauffée et ventilée, avec alarme et portier téléphonique GSM, connectée en GSM / 4G, inclus 3 ans d'abonnement AiviaNet Aivia 320 GSM

Connexion au serveur Aivianet



AiviaNet est un service internet permettant de surveiller les DAE rangés dans les armoires Aivia connectées en Sigfox, Ethernet ou 4G. Cette application fournit aux exploitants les informations visuelles et des alertes (par courriel ou texto) sur l'état du DAE, de son environnement et des incidents survenus, afin d'en faciliter la maintenance et le suivi.

Référence 984161107921
Renouvellement d'abonnement AiviaNet pour armoires Aivia M et W

Référence 984161107931
Renouvellement d'abonnement AiviaNet pour armoires série 3XX

Egalement disponibles :
Référence 984161109831
Scellé de sécurité pour armoires Aivia

Référence 984161107871
Pied BORNAVIE avec bloc d'alimentation

Référence 984161107911
Option PHOTO CONTROL pour Aivia 300



Cartouches d’électrodes SMART





1. Tang, et al. Pediatric Fixed Energy Biphasic Waveform Defibrillation Using a Standard AED and Special Pediatric Electrodes. Supplement to Circulation, Vol 102, No 18, October 31, 2000, II-437.
2. Cecchin, et al. Is Arrhythmia Detection by Automatic External Defibrillator Accurate for Children? Sensitivity and Specificity of an AED Algorithm in 696 Pediatric Arrhythmias. Circulation 2001; 103:2483-2488, May 22, 2001.

Cartouche d’électrodes SMART pour adulte

Référence M5071A


Les électrodes HeartStart SMART pour adultes conviennent aux victimes d’arrêt cardiaque pesant au moins 25 kg.

Cartouche d’électrodes SMART pour nourrisson/enfant

Référence M5072A

Pour la défibrillation des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg, vous devez utiliser de préférence les électrodes SMART pour nourrisson/enfant. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur, celui-ci adapte en conséquence les consignes vocales et limite le niveau d’énergie à 50 joules (J) au lieu de 150 J, valeur plus appropriée pour traiter les jeunes enfants[1,2]. La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant est facile à identifier grâce à l’indication de poids du patient et l’icône en forme d’ourson. Ce produit ne peut être acquis que par un médecin ou sous la supervision d’un médecin.

Accessoires supplémentaires



Pile longue durée

Référence M5070A

Le défibrillateur HeartStart HS1 fonctionne avec une pile lithium-dioxyde de manganèse, non rechargeable, dont la durée de vie est particulièrement longue : quatre ans environ en fonctionnement, 5 ans si elle n’est pas installée dans l’appareil. Vous devez conserver une pile de rechange avec le défibrillateur. Si l’appareil est fréquemment utilisé pour des formations et/ou des démonstrations, vous devez acheter des piles supplémentaires.



Kit de secours basique”

Referece 984161111531

Un kit de secours basique avec : 1 masque bouche à bouche standard, 2 compresses absorbantes, 1 rasoir 1 lame



Kit d’intervention rapide

Référence 68-PCHAT

Le Kit d’intervention rapide comprend tous les accessoires nécessaires pour assurer les soins à la victime et la protection des secouristes : deux paires de gants hypoallergéniques en nitrile, un masque de poche, des ciseaux équipés d’embouts protecteurs, un rasoir de préparation et une grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée qui s’attache à la poignée de la mallette de transport.

Outils de formation







Cartouche d'électrodes de formation

Référence M5073A (adultes)

Référence M5074A (nourrissons/enfants)

Pour faciliter la formation à l'utilisation du DAE HS1, des cartouches d'électrodes de formation pour adultes et nourrissons/enfants sont disponibles. Ces électrodes spéciales peuvent être installées sur le défibrillateur HS1 et le défibrillateur de formation HeartStart Trainer. Lorsqu'elles sont connectées au défibrillateur, la capacité de l'appareil à délivrer un choc est inhibée et le mode formation est activé ; l'utilisateur peut alors exécuter l'un des huit scénarios d'urgence. Selon la cartouche utilisée (électrodes adultes ou nourrissons/enfants), les consignes vocales de l'appareil, concernant notamment la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), s'adaptent au patient à traiter dans le cadre de la formation.

Chaque cartouche d'électrodes de formation comporte un couvercle protecteur transparent amovible avec poignée, un film de protection réutilisable et un jeu d'électrodes adhésives réutilisables*. L'emballage contient aussi un guide de positionnement des électrodes (adultes ou nourrissons/enfants) et des instructions illustrées par des schémas sur l'installation de la cartouche, l'utilisation du guide de positionnement des électrodes et le rangement des éléments de la cartouche après utilisation. Les électrodes de formation peuvent également être utilisées sur un mannequin, connecté à un adaptateur externe spécifique (M5089A).

Défibrillateur de formation HeartStart Trainer

Référence M5085A

Avec le défibrillateur de formation HeartStart Trainer, Philips vous offre une solution souple et économique pour faciliter l'organisation de formations collectives à l'utilisation du défibrillateur. Grâce à ses consignes vocales semblables à celles du DAE et ses huit scénarios préconfigurés, il simule des conditions réalistes de fonctionnement du défibrillateur, pour une mise en situation optimale du réanimateur.

Le défibrillateur de formation HeartStart Trainer est livré avec une mallette de transport en nylon, une cartouche d'électrodes de formation réutilisables pour adultes (M5073A) et un adaptateur externe pour mannequin. Certains accessoires sont disponibles en option, notamment la boîte de 10 adaptateurs externes pour mannequin (M5089A) compatible avec tous les mannequins, le guide de positionnement des électrodes pour adultes (M5090A) et la cartouche d'électrodes de formation pour nourrissons/enfants (M5074A).

* Des électrodes de rechange sont disponibles pour les cartouches de formation : adultes, M5093A et nourrissons/enfants, M5094A.

Gestion des données

Philips propose des outils pour vous aider à configurer vos défibrillateurs HeartStart et vous permettre de télécharger, transmettre, partager, analyser vos données liées à la réanimation, puis de générer des rapports. Vous pouvez ainsi affiner votre intervention en cas d'urgence cardiaque. Que vous dirigiez un programme d'accès public à la défibrillation, un programme de formation aux DAE, une équipe d'intervention d'urgence professionnelle, une assistance médicale d'urgence ou le service réanimation de votre établissement, le logiciel Event Review propose les outils dont vous avez besoin pour gérer les données de votre défibrillateur.

HeartStart Configure

Référence 861487

HeartStart Configure permet de configurer votre DAE HeartStart depuis un ordinateur, selon les préférences de votre chef de service. En quelques clics depuis votre ordinateur, vous pouvez récupérer la configuration actuelle du défibrillateur, réinitialiser les valeurs par défaut ou la modifier selon vos préférences. Afin d'optimiser la gestion de la configuration de votre programme de défibrillation précoce, vous pouvez sauvegarder les réglages de configuration dans un fichier. Ainsi, vous pouvez facilement réutiliser la même configuration sur tous les DAE et conserver une trace des réglages autorisés. Votre chef de service peut personnaliser les réglages selon votre protocole d'intervention. Seul le personnel autorisé peut modifier les valeurs par défaut du défibrillateur et ce, sous la surveillance d'un professionnel de santé.

Event Review Pro

Référence 861431 **Option A01 - Licence mono utilisateur**
Option A06 - Licence de multi-téléchargement (20 téléchargements)

HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l'analyse d'un cas spécifique à celle de l'établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d'améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions. En décryptant chaque composante de l'intervention, le logiciel Event Review Pro vous permet d'identifier rapidement les "enseignements" que vous pouvez tirer d'un événement. Ils vous permettent d'évaluer les performances de votre équipe soignante ou SMUR.
notamment les délais d'intervention précis, les détails de l'intervention et les observations patient. Outre le compte-rendu relatif à chaque intervention, cet outil génère des rapports conformes aux directives d'Utstein et des graphiques de l'ensemble des délais d'intervention de votre structure afin d'optimiser la gestion de votre service.



Référence ACT-IR

Câble de transmission de données techniques et cliniques de l'appareil, par infrarouge. Nécessite un logiciel de récupération des données.



Philips peut vous aider à mettre en œuvre un programme de déploiement de DAE, dans un seul centre ou sur plusieurs sites.

Consultez le site www.philips.com et https://dae.philips.fr/

Le logiciel HeartStart Configure est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à créer, modifier, sauvegarder et copier une configuration. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation.
Le logiciel Event Review Pro est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la gestion des informations pour les soins d'urgence. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation.
Les défibrillateurs HeartStart sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les défibrillateurs HeartStart sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation.Janvier 2021
Les cartouches d'électrodes SMART pour adulte et pour nourrisson/enfant sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les cartouches d'électrodes SMART sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Janvier 2021
Le masque pour RCP est un dispositif médical fabriqué par Laerdal Medical AS. Il est destiné à la pratique des gestes de premiers secours en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Janvier 2021
La pile longue durée est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Elle est destinée aux défibrillateurs Heartstart HS1. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Janvier 2021

© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

www.philips.fr

4522 991 60762 * JAN 2021